FONTOS INFORMÁCIÓ

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen!

ELYSIUM NÓZI PORSZI – AKKUMULÁTOROS ORRSZÍVÓ

Eltérő működési elv, más használati élmény

Ha korábban porszívóhoz csatlakoztatható orrszívót használt, az Elysium Nózi Porszi működése elsőre eltérhet a megszokottól.

A hagyományos, porszívóhoz csatlakoztatható orrszívók nagy légáramlással működő külső szívóforrást használnak. Ezzel szemben az Elysium Nózi Porszi beépített vákuumpumpával rendelkezik, amely kisebb légáramlás mellett is képes megfelelő erősségű vákuumot létrehozni.

A halkabb működés önmagában nem jelenti azt, hogy a készülék nem szív!

A választott gombot nyomva kell tartani!

- Felső gomb: I. fokozat, gyengébb szívás.
- Alsó gomb: II. fokozat, erősebb szívás.

A készülék addig szív, amíg a gombot nyomja. Elengedéskor leáll.

A megfelelő használat lépései

1. Készítse elő a készüléket!

Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort, és ellenőrizze, hogy a tiszta, száraz váladékgyűjtő tartály, a szilikon tömítőgyűrű és a szívófej megfelelően illeszkedik-e.

2. Készítse elő az orrjáratokat!

A sűrű vagy beszáradt orrváladék eltávolítását segítheti, ha előzetesen Elysium 0,9%-os izotóniás tengervizes orrspray-vel vagy más, az életkornak megfelelő, gyógyszermentes sóoldatos készítménnyel fellazítja a váladékot. A készítményt mindig a használati útmutatója szerint alkalmazza.

3. Kezdje meg az orrszívást!

Hagyjon elegendő időt a váladék fellazulására, majd egymás után tisztítsa meg az orrnyílásokat. Első alkalommal válassza az I. szívási fokozatot, és rövid, 3–5 másodperces szívásokkal kezdje a használatot.



FIGYELEM!

Használat közben ne fogja be a másik orrnyílást! A szívófejet ne helyezze túl mélyre az orrban, ne nyomja az orr belső falához, és ügyeljen arra, hogy az orrcimpát se szorítsa rá. Fájdalom, vérzés vagy bármilyen kellemetlenség esetén azonnal hagyja abba az orrszívást.

Nem biztos benne, hogy megfelelően szív a készülék?

A készülék szívóerejét néhány egyszerű próbával, szemmel látható módon is ellenőrizheti.

A próbákat mindig felnőtt végezze, gyermekektől távol. Az ellenőrzés előtt töltse fel a készüléket, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően illeszkedik, és a váladékgyűjtő tartály üres.

1. Szívóhatás ellenőrzése folyadékkal

Cseppentsen néhány csepp tiszta vizet egy sima, tiszta felületre, például egy tányérra. Tartsa a készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint, majd a szívógombot nyomva tartva érintse a szívófej nyílását a vízcseppekhez. Ha a készülék felszívja a vizet, a szívás megfelelően működik.

Fontos! A próbához csak néhány csepp vizet használjon! Ne merítse a készüléket vízbe, ügyeljen arra, hogy a tartály ne teljen túl, és ne kerüljön folyadék a készülékházba. A próba után tisztítsa meg és alaposan szárítsa meg a levehető alkatrészeket.

2. Szívóhatás ellenőrzése a kézfejen

Nyújtsa ki a hüvelykujját, majd helyezze a szívófej nyílását a kézfeje felső részére, közvetlenül a hüvelykujj és a mutatóujj közötti puha bőrfelületre. Finoman illessze a szívófejet a bőréhez úgy, hogy a nyílást teljesen lefedje, majd néhány másodpercig tartsa nyomva a szívógombot. Ha a készülék szív, enyhe húzó érzést tapasztalhat, és a bőr kissé beszívódhat a szívófej nyílásába.

Fontos! Ne nyomja erősen a szívófejet a bőréhez, és csak rövid ideig végezze a próbát. Kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba.

A fent bemutatott módszerekkel egyszerűen ellenőrizheti a szívóhatás meglétét, azonban ezek nem alkalmasak a készülék szívóteljesítményének pontos mérésére. Ha a készülék feltöltése és az alkatrészek gondos összeszerelése után sem tapasztal szívóhatást, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

Ez a tájékoztató a készülék használati útmutatóját egészíti ki, ezért kérjük, az első használat előtt a teljes útmutatót is olvassa el figyelmesen.

